Gmail

Rosângela Gomes <rosangela.cplcompras@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - Pr. 90006/2025 - SERMED

1 mensagem

Sermed Hospitalar <licitacoes.sermed@gmail.com> 8 de abril de 2025 às 10:13

Para: "rosangela.cplcompras@gmail.com" <rosangela.cplcompras@gmail.com>

Prezada Rosângela,

Bom dia.

Vimos, tempestivamente, requerer alguns esclarecimentos quanto ao edital supramencionado que foi publicado e que está agendado para dia 23/4/25 às 9h.

No item 10 é solicitado um avental confeccionado em TNT e que tenha barreira microbiana efetiva acima de 90%, contudo, essa exigência é impossível de ser atendida, visto que o TNT (tecido não-tecido) não possui qualquer tipo de propriedade que forneça barreira microbiana. Um avental em TNT é uma mera barreira física entre o usuário e o paciente.

Diante disso, pedimos que o descritivo seja revisto para alterar a matéria prima de TNT para SMS, sendo esta a única a fornecer a barreira solicitada, ou, se entenderem por manter o TNT, que a exigência da barreira microbiana seja retirada. O descritivo como está é impossível de ser atendido, cerceando a disputa, induzindo os concorrentes ao erro e fazendo com que a Administração Pública seja enganada.

Em continuidade, vimos uma incoerência entre os preços estimados para os itens 10 e 11.

Como pode o item 10, um avental confeccionado em TNT com gramatura 30, ter o preço estimado de R$ 5,36, e o item 11, um avental confeccionado em SMS com gramatura 50, ter o preço estimado de R$

3,52? Claramente houve algum equívoco na fase de pesquisa de preços, pois é inviável que um material em TNT com baixa gramatura tenha preço superior a um material de SMS com alta gramatura, visto ser este último muito mais custoso.

Ante o exposto, solicitamos que os preços sejam revistos uma vez que os mesmos foram selecionados de forma errônea, são incompatíveis com os preços praticados no mercado, vide outras atas disponíveis e que o órgão poderá incorrer em desperdício de erário, posto que os itens têm grandes chances de restarem fracassados, tendo de ser licitados novamente posteriormente.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

sermed®

Qualidade e confiança nas melhores soluções para saúde.

Ryan Gidra Brandi
Email: licitacoes.sermed@gmail.com
Tel.: (21) 3172-4820
Wpp.: (21) 98346-9181