Gmail Rosângela Gomes <rosangela.cplcompras@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - PR. 90014/2025 - SERMED

1 mensagem

Sermed Hospitalar <licitacoes.sermed@gmail.com> 5 de junho de 2025 às 13:14

Para: rosangela.cplcompras@gmail.com

Prezados,

Bom dia.

Vimos tempestivamente pedir esclarecimentos a respeito dos itens abaixo:

10 (cota: 81) - é solicitado que o produto seja confeccionado em TNT e confira barreira antimicrobiana, contudo isso é impossível, tendo em vista que o TNT fornece mera barreira física, não fornecendo nenhum tipo de barreira, seja bacteriana ou viral. Para isso, o produto deve ser confeccionado em SMS. E outro ponto é que não há informação se produto deve ou não ser estéril.

11 (cota: 82) - não há informação se o produto deve ou não ser estéril.

Ficamos no aguardo dos esclarecimentos requeridos.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

sermed®
Qualidade e confiança nas melhores soluções para saúde.

Ryan Gidra Brandi
Email: licitacoes.sermed@gmail.com
Tel.: (21) 3172-4820
Wpp.: (21) 98346-9181