



INFORMAÇÕES DA ATA

Ata: nº 00014/2025	Última Atualização: 05/08/2025	Link da ata no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/05522917000170/2025/35/1
Vigência de 06/08/2025 a 06/08/2026	Órgão: ESTADO DO PIAUI	Unidade gerenciadora: 927337 - FUNDAÇÃO MUNICI
Valor Contratado: R\$ 34.560,00		

Fornecedor

05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA

Objeto:

Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva ata, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de Câmaras Fria vertical para atender às necessidades da Agência Transfusional do Hospital de Urgência de Teresina Prof. Zenon Rocha (HUT).

INFORMAÇÕES DA COMPRA

Número da compra / Ano:
90016/2025

Modalidade da compra:
05 - Pregão

Data da assinatura:
04/08/2025

ITENS DA ATA

Número	Item	Aceita Adesão	Qtd. Limite Adesão	Qtd. Limite Informado na Compra	Código	Tipo	Qtd. Homologada
00001	REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÂMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO SINALIZADOR DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, TIPO SENSOR SENSOR IMERSO EM LÍQUIDO, TIPO PORTA PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE MÍNIMA CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO REVESTIMENTO REVESTIMENTO INTERNO AÇO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ILUMINAÇÃO INTERNA, TIPO FECHAMENTO PORTAS PORTA COM CHAVEAMENTO.	Sim	4	4	8207	Material	2,0000

DETALHAMENTO DO ITEM 00001

Descrição detalhada:	REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÂMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO SINALIZADOR DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, TIPO SENSOR SENSOR IMERSO EM LÍQUIDO, TIPO PORTA PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE MÍNIMA CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO REVESTIMENTO REVESTIMENTO INTERNO AÇO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ILUMINAÇÃO INTERNA, TIPO FECHAMENTO PORTAS PORTA COM CHAVEAMENTO.
Código do item:	8207
Tipo do item:	Material
Quantidade homologada:	2,0000
Vigência inicial:	06/08/2025
Vigência final:	06/08/2026

FORNECEDOR(ES) ITEM 00001:

Classificação	CNPJ	Fornecedor	Qtd. total	Valor unitário
001	05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	2,0000	17280.0000

UNIDADE(S) ITEM 00001

Código	Unidade	Tipo da unidade	Qtd. registrada	Qtd. disponível para remanejamento/empenho
927337	FUNDAÇÃO MUNICI	Gerenciadora	2.00000	2.00000

ADESÕES(S) ITEM 00001

Qtd. máxima para adesão	4.00000
Qtd. disponivel para adesão:	4.00000
Quantidade aguardando análise:	0
Aceita adesão	Sim

