Gmail Rosângela Gomes <rosangela.cplcompras@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90013/2026 - FMS-TERESINA/PI | MATMED HOSPITALAR |

1 mensagem

Assessoria Licitacao <assessoria.licitacao@matmedhospitalar.com> 9 de feverei
Para: "rosangela.cplcompras@gmail.com" <rosangela.cplcompras@gmail.com>

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro responsável pela condução do Pregão Eletrônico nº 90013/

Pregão Eletrônico nº 90013/2026
Processo Administrativo n° 00045.043934/2024-16 – GAH-DAE/FMS

Somos a empresa MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA., inscri
21.500.422/0001-04, estabelecida na Av. Antônio Sales nº 913 - bairro Joaquim
Fortaleza/CE - CEP: 60.135-101, vêm, respeitosamente, apresentar solicitação de
ao Edital.

Vimos, por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca das especificações técnic
Carro Maca Hospitalar, conforme segue:

1. Sobre o Material de Construção (Aço Inoxidável AISI 304):
O edital exige que a maca seja "fabricada totalmente em aço inoxidável AISI 304"
que grandes fabricantes mundiais de tecnologia médica (como a Arjo) utilizam em
estruturas materiais de alta performance, como o aço carbono com tratamento a
pintura eletrostática epóxi, ou duralumínio. Esses materiais oferecem a mesma d
higiene que o aço inox, mas com maior leveza e integração tecnológica.

Pergunta: A administração aceitará equipamentos com estrutura em aço carbono
resistência com pintura epóxi bactericida, desde que atendam à capacidade de ca
de assepsia, visando ampliar a competitividade?

2. Sobre o Sistema de Elevação (Manivela vs. Hidráulico):
O edital especifica "regulagem de altura através de manivela". No entanto, para c
pacientes obesos (300 kg), o sistema de manivela exige esforço físico excessivo d
aumentando o risco de doenças ocupacionais (ergonomia). Sistemas de elevação
pedal são o padrão ouro para segurança e agilidade em emergências.

Pergunta: Visando a saúde do trabalhador e a eficiência hospitalar, será aceito sis
elevação hidráulico via pedal em substituição à manivela manual?

3. Sobre a Dimensão dos Rodízios:
O item especifica rodízios de 4" em polipropileno para a maca de obeso. Rodízios
diâmetro (como 6" ou 8") são tecnicamente superiores para o deslocamento de c
kg, oferecendo menor resistência ao rolamento.

Pergunta: Serão aceitos rodízios de diâmetro superior ao mínimo solicitado (ex: 5

Certos de vossa atenção para garantir a seleção da proposta mais vantajosa e tec
administração pública, aguardamos retorno.

GRUPO matmed hospitalar
@grupomatmed

Laíz Lobão
Licitação

Contato:
(85) 99827-0064

MATRIZ
Av. Antônio Sales, 913
Joaquim Távora, Fortaleza- CE

FILIAL
Tv. Dom Romualdo de
Umarizal - Belém - PA

EDITAL PE 90013.2026.pdf
1178K