PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90013/2026 - FMS-TERESINA/PI | MATMED HOSPITALAR |

2 mensagens

Assessoria Licitacao 9 de fevereiro de
<assessoria.licitacao@matmedhospitalar.com> 2026 às 16:34
Para: "rosangela.cplcompras@gmail.com" <rosangela.cplcompras@gmail.com>

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro responsável pela condução do Pregão Eletrônico nº 90013/2026

Pregão Eletrônico nº 90013/2026
Processo Administrativo n° 00045.043934/2024-16 – GAH-DAE/FMS

Somos a empresa MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA., inscrita no CNPJ: 21.500.422/0001-04, estabelecida na Av. Antônio Sales nº 913 - bairro Joaquim Távora - Fortaleza/CE - CEP: 60.135-101, vêm, respeitosamente, apresentar solicitação de esclarecimento ao Edital.

Vimos, por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca das especificações técnicas dos itens de Carro Maca Hospitalar, conforme segue:

1. Sobre o Material de Construção (Aço Inoxidável AISI 304):
O edital exige que a maca seja "fabricada totalmente em aço inoxidável AISI 304". Observa-se que grandes fabricantes mundiais de tecnologia médica (como a Arjo) utilizam em suas estruturas materiais de alta performance, como o aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi, ou duralumínio. Esses materiais oferecem a mesma durabilidade e higiene que o aço inox, mas com maior leveza e integração tecnológica.

Pergunta: A administração aceitará equipamentos com estrutura em aço carbono de alta resistência com pintura epóxi bactericida, desde que atendam à capacidade de carga e requisitos de assepsia, visando ampliar a competitividade?

2. Sobre o Sistema de Elevação (Manivela vs. Hidráulico):
O edital especifica "regulagem de altura através de manivela". No entanto, para o transporte de pacientes obesos (300 kg), o sistema de manivela exige esforço físico excessivo do operador, aumentando o risco de doenças ocupacionais (ergonomia). Sistemas de elevação hidráulica por pedal são o padrão ouro para segurança e agilidade em emergências.

Pergunta: Visando a saúde do trabalhador e a eficiência hospitalar, será aceito sistema de elevação hidráulico via pedal em substituição à manivela manual?

3. Sobre a Dimensão dos Rodízios:
O item especifica rodízios de 4" em polipropileno para a maca de obeso. Rodízios de maior diâmetro (como 6" ou 8") são tecnicamente superiores para o deslocamento de cargas de 300 kg, oferecendo menor resistência ao rolamento.

Pergunta: Serão aceitos rodízios de diâmetro superior ao mínimo solicitado (ex: 5", 6" ou 8")?

Certos de vossa atenção para garantir a seleção da proposta mais vantajosa e tecnológica para a administração pública, aguardamos retorno.

GRUPO matmed hospitalar

Laíz Lobão
Licitação

@grupomatmed

Contato:
(85) 99827-0064

MATRIZ
Av. Antônio Sales, 913
Joaquim Távora, Fortaleza- CE

FILIAL
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560, loja 3
Umarizal - Belém - PA

EDITAL PE 90013.2026.pdf
1178K

Rosângela Gomes <rosangela.cplcompras@gmail.com> 11 de fevereiro de 2026 às 11:21

Para: Assessoria Licitacao <assessoria.licitacao@matmedhospitalar.com>

Bom dia!

Informamos a resposta do setor solicitante, conforme o que segue abaixo:

"Despacho 263/2026 - GAH-DAE-FMS

Teresina, 11 de fevereiro de 2026.

À GEDCP,

Considerando a necessidade de melhor análise técnica quanto ao pedido de esclarecimentos feito pela empresa MATMED, solicito suspensão do certame.

At.te,

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Roberta Berté**, **Enfermeira**, em 11/02/2026, às 08:28, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **14473563** e o código CRC **12DD4357**.

Referência: Processo nº 00045.043934/2024-16 SEI nº 14473563"

[Texto das mensagens anteriores oculto]