Gmail **Rosa Dantas <rosadcpfms@gmail.com>**

Pedido de impugnação Edital PE 90034.26 - Incubadora de Transporte

1 mensagem

aristides@sigmaxpi.com.br <aristides@sigmaxpi.com.br> 16 de abril de 2026 às 10:39
Para: "rosadcpfms@gmail.com" <rosadcpfms@gmail.com>

Bom dia!

Prezada, Pregioeira da CPL da FMS – Teresina!

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO EDITAL PE 90034.26 PARA AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE

Tendo interesse em participar do presente edital que visa regulamentar a aquisição de equipamentos hospitalares. Todavia, com a devida vênia, nota-se que no texto editalício surgem características restringindo a participação de principais concorrentes do mercado. Esta restrição esta ocasionada pela direcionmento e pela falta de exigência técnica editalicia em requisitos tecnicos essenciais ao transporte de paciente neonatal. Esta limitação se deve pela falta de exigência técnica no descritivo abaixo:

Senão vejamos:

No edital pede-se: Item 01 : aquisição de incubadora de transporte:

O edital pede:

REQUISITO TÉCNICO INCUBADORA DE TRANSPORTE MICRO PROCESSADA COM AS SEGUINTES

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

CÚPULA

-Material acrílico transparente (falta de informação técnica: parede dupla) que possibilite visualização total do paciente

-Acesso frontal e lateral com porta que facilite movimentação do RN (falta de informação técnica: acesso traceiro), com entrada de portinhola ÍRIS, para passagem de cabos e tubos e portinholas ovais para passagem das mãos dos profissionais ,sendo todas com guarnições atóxicas e punho elástico

-Isolamento e estabilidade de temperatura no seu interior

-Mínimo de 4 aberturas flexíveis para entrada de cabos e sondas e entrada com tampa para nebulizador

LEITO

-Colchão de material plástico radiotransparente , resistente e removível, atóxico com densidade adequada ao conforto do RN e capa impermeável e sem costuras para facilitar a limpeza

BASE

-Material de alta resistência ,plástico, radiotransparente e ausência de arestas para facilitar limpeza

e desinfecção

-Facilidade de acesso às partes internas sem necessidade de ferramentas

-Instruções ,advertências e tabela de concentração de oxigênio impressas na base da incubadora

-Dois suportes para cilindros de gases medicinais ,abertos para caso de vazamento, tamanho D ou

E, com travas manuais de engate rápido e fácil sistema de desmontagem

MÓDULO DE CONTROLE

Eletrônico ,microprocessado, display gráfico colorido, de alta resolução(restringe a participação somente com display LCD) ou em LED (acrescentar) obs.: esta caracteristica não é uma finalidade fim. Algo que interfira no resultado final ao paciente. Mais nos exlui.

-Fácil acesso para limpeza e manutenção

-Visualização dos parâmetros mesmo em ambiente de baixa luminosidade

-Indicação das temperaturas do RN ,AR e desejada

-Sistema de autoteste para todo sistema de alarmes

-Painel de conectores de alimentação :Rede AC e Rede 12 vcc

-Sensor de temperatura para detectar superaquecimento

-Baixo nível de ruído (mínimo de 60dBA)

BATERIA

-Recarregável ,removível sem uso de ferramentas e dotada de travas de segurança

-Autonomia de funcionamento para 4 horas

MODO DE FUNCIONAMENTO

-Manual (ATC) e Servo controlado (ITC)

SISTEMA DE AQUECIMENTO

-Sistema que permite controle da temperatura do RN e do AR

-Sistema de desligamento automático em caso de super aquecimento

SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO PASSIVO

-Esponja para retenção de água instalado sob o leito

ENTRADA DE GASES

-Entrada de gases independentes para ar e oxigênio

-Válvula de entrada de oxigênio com micro filtro

-Renovação contínua do ar dentro da incubadora evitando aumento de dióxido de carbono

SENSORES

-Sensores independentes para temperatura, umidade e do RN

INDICADORES VISUAIS

Temperatura do AR, RN, desejada e ambiente

-Nível de bateria

-Data /hora (restringe a participação somente com display LCD)

Alarmes ligados/desligados

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS -

Rede elétrica: 120/230Vac - 50/60 Hz, com seletor automático de tensão; - 12Vcc; - Corrente (127 / 220

V): 4,0A / 2,5A; - Potência de entrada: 380 W; - 02 Mini disjuntores de 8A rearmáveis; - Bateria recarregável tipo gelatinosa 12 Vcc - Bateria recarregável NiCd – 8,4 V

-01 Carro maca com ajuste de altura contínuo, dotado de rodízios com freio, com estrutura em

alumínio e amortecedores;

- 01 Cabo de Alimentação AC destacável, padrão IEC com 3 pinos conforme norma ABNT NBR

14136;

-01 Cabo de Alimentação 12Vcc com adaptador para acendedor de cigarros do veículo de transporte;

02 Suportes abertos para cilindros tipo D ou E de gases medicinais, que evita o acúmulo de gases;

12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.

Certificado de calibração

Certificado de teste de segurança elétrica

Montagem, instalação e treinamento do equipamento.

Registro na ANVISA

O descritivo ainda deixa de pedir alguns outras funções necessárias as rotina de transporte de um paciente neonatal. Como por exemplo :

Ressuscitador incorporado;

Blender;

Controle de concentração de oxigênio;

Ofereça oxigenação com pré-aquecimento;

Sistema de circulação de ar que evite o acúmulo de dióxido de carbono;

Exigências técnicas ou normativas próprias para este equipamento;

Entre outros(as) ....

Por tudo isso, e pelo que mais dos autos consta, a ora Recorrente requer o provimento deste recurso, para o fim de melhoria do processo de aquisição de equipamentos que exigem um nível mais detalhado de informações.
Sugerimos em anexo* a analise de outros editais onde se descrimina uma maior exigência técnica para o atendimento destes paciente.

- No referido edital houve a participação plena. E o mais importante foi a aquisição de um equipamento que atente as normas técnicas e o correto manuseio do paciente no transporte.

Diante de todo o exposto, requer-se a procedência do presente recurso a fim de reconhecer-se a necessária retificar este direcionamento de solicitação deste processo.

Sendo atendido este pleito. Temos condições de apresenta-lhe a devida proposta.

Termos em que pede deferimento,



Pregão eletrônico SRP Nº 90003-2024 - EBSERH RGN.pdf
4542K